

# 兰州大学化学化工学院

## 化学化工学院实验室安全工作简报

2020年第2期

一、6月22日-24日，由实验室与设备管理处及各学院实验室安全管理人员组成的检查组对我院城关校区和榆中校区实验室进行了安全检查。结果如下：

序号	检查位置及房间号	存在的安全问题
1	第二化学楼9楼	喷淋装置损坏
2	第二化学楼923	在实验室未穿实验服，实验室存在喝饮料现象，易制毒试剂使用记录不规范
3	第二化学楼920	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上
4	第二化学楼918	在实验室未穿实验服
5	第二化学楼917	易制毒试剂三氯甲烷随意摆放在实验桌上

6	第二化学楼 912	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上， 借用 913 实验室易制毒试剂
7	第二化学楼 908	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上， 实验仪器空转
8	第二化学楼 821	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上
9	第二化学楼 816	实验室存在吃西瓜和喝饮料现象
10	第二化学楼 813	电吹风等仪器使用完未断电
11	第二化学楼 812	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上
12	第二化学楼 717	在实验室未穿实验服
13	第二化学楼 714	易制毒试剂甲苯随意摆放在实验桌上
14	第二化学楼 713	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上， 在实验室吃水果
15	第二化学楼 615	在实验室吃水果

16	第二化学楼 613	易制毒试剂丙酮随意摆放在实验桌上， 在实验室未穿实验服
17	第二化学楼 612	在实验室未穿实验服
18	第二化学楼 609	在实验室未穿实验服
19	第二化学楼 418	在实验室吃西瓜
20	第二化学楼 413	在实验室吃西瓜
21	榆中校区贺兰 堂 C210	废液桶未贴标签
22	榆中校区贺兰 堂 C503	废液存放过多，未及时上交学校中转站

学院针对存在安全隐患和有失规范的以上实验室进行了全院通报，并责令所有实验室在规定时间内完成整改，各实验室均按要求提交了整改报告。

二、学院于7月2日-3日对实验室废旧试剂进行集中回收并放置存储。敦促各实验室按照国家关于化学品的分类要求将废旧试剂依照易制爆化学品、剧毒化学品、一般化学品

和无标签化学品共四类进行封箱整理和回收。该工作极大的削弱了实验室安全隐患，为全院师生充分营造健康、安全的实验室环境提供了保障。

三、7月9日，草地农业科技学院副院长范成勇带领实验技术人员对我院国重室、危险化学品管理中心、废液废试剂瓶回收中心等单位进行参观交流，两院管理人员取长补短、互相学习，为进一步提高我院实验室安全管理工作添砖加瓦。

四、7月14日上午，新化学楼419实验室一台电振动器在使用中，因电线胶皮老化短路，造成着火烧断电振动器电线，419实验室学生及时处置，未造成其他损失。